

Varia High : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سری ساخت : //۳۴۲۲۹۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :

Elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۱۰۷	۶۹.۴۰۵	۷۶۸.۴۲۲	۸۳۷.۸۲۷	۹۰۷.۲۳۳	۹۷۶.۶۳۷	۱۰۴۶.۰۴	۱۱۱۵.۴۴	۱۱۸۴.۸۵
						۲	۷	۲

مقدار	تاریخ
۹۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۰۰.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۹۵۲.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۷۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۹۴۹.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۹۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۴۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۹۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۸۷۰.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۹۸۱.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۹۷۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۹۱۵.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۸۸۳.۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۹۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۴۸.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۰۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۹۳۵.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۹۰۸.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۹۱۷.۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۹۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۹۷۶.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۸۶۲.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 4.315	SD: 40.329	Mean: 934.577
------------	------------	---------------

