

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

سری ساخت : ۴۰۲۷۳/

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۳	۸۳.۱۶۷	۴۲۲.۹۹۹	۵۰۶.۱۶۶	۵۸۹.۲۳۳	۶۷۳.۵	۷۵۵.۶۶۷	۸۳۸.۸۳۴	۹۲۲.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴

مقدار	تاریخ
۶۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۶۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۶

مقدار	تاریخ
۶۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۵۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۸۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰

CV%: 15.561	SD: 108.889	Mean: 699.75
-------------	-------------	--------------

