

Varia High : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

سری ساخت : //۳۴۲۲۹۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :

Elecsys

عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۸۵۲	۶۶.۲۱۹	۷۶۷.۶۹	۸۳۳.۹۰۹	۹۰۰.۱۲۸	۹۶۶.۳۴۷	۱۰۳۲.۵۶	۱۰۹۸.۷۸	۱۱۶۵.۰۰
						۶	۵	۴

مقدار	تاریخ
۹۱۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۹۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۸۹۸.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۹۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۸۸۵.۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۶۶.۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۱۰۵۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۰۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۱۰۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۹۹۷.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۹۳۶.۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۹۵۳.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۱۰۷۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۹۴۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۹۸۸.۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۰۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۰۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۹۳۳.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۹۸۳.۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۹

CV%: 6.623	SD: 65.299	Mean: 985.9
------------	------------	-------------



22