

Perci control varia I : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۱/۰۵:

سری ساخت : ۵۲۳۴۴۶

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۱۶۶	۳۸.۱۵	۳۰۱.۷۸۷	۳۳۹.۹۳۷	۳۷۸.۰۸۷	۴۱۶.۲۳۷	۴۵۴.۳۸۷	۴۹۲.۵۳۷	۵۳۰.۶۸۷

مقدار	تاریخ
۴۳۴.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۶۳.۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۸۳.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۶۷.۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴۵۳.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۴۷۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۲
۴۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۳
۴۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۴
۴۳۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۵

مقدار	تاریخ
۴۱۵.۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۴۱۸.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۵۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۴۵۱.۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۴۴۶.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۸

CV%: 8.793	SD: 38.182	Mean: 434.224
------------	------------	---------------

