

عنوان کنترل : permium plus II  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۱۲/۲۰:

عنوان آزمایش : Vitamin B12  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : ECT۱۰۷

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۷	۳۳.۶۶۷	۴۰۷.۹۹۹	۴۴۱.۶۶۶	۴۷۵.۳۳۳	۵۰۹	۵۴۲.۶۶۷	۵۷۶.۳۳۴	۶۱۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۴۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۷

مقدار	تاریخ
۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۵۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۵۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳

CV%: 8.755	SD: 42.25	Mean: 482.556
------------	-----------	---------------

