

عنوان آزمایش : Vitamin B12
 عنوان دستگاه : کوپاس E411
 سری ساخت : ec2124
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
 عنوان کنترل : randox

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۸	۲۲.۸۸۹	۴۴۹.۲۳۳۴	۴۷۲.۲۲۳	۴۹۵.۱۱۱	۵۱۸	۵۴۰.۸۸۹	۵۶۳.۷۷۷	۵۸۶.۶۶۶

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۵۸۵.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۵۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		۵۵۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
		۵۳۲.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
CV%: 8.246		SD: 42.68		Mean: 517.586	

