

عنوان آزمایش : Vitamin B12
عنوان دستگاه : Abbott
سری ساخت : /۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۹۹	۱۲	۴۴۷	۴۵۹	۴۷۱	۴۸۳	۴۹۵	۵۰۷	۵۱۹

مقدار	تاریخ
۴۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۴۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۵۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

مقدار	تاریخ
۵۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۵۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۴۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۴۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۴۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۴۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 2.554	SD: 12.501	Mean: 489.462
------------	------------	---------------

