

عنوان کنترل : Permium plus II
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۴/۲۰:

عنوان آزمایش : Vitamin B12
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۲۱۰۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۸	۳۶.۶۶۷	۴۳۹.۹۹۹	۴۷۶.۶۶۶	۵۱۳.۳۳۳	۵۵۰	۵۸۶.۶۶۷	۶۲۳.۳۳۴	۶۶۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۵۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۴۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۵۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۴۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۵
۴۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸

مقدار	تاریخ
۴۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۴۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۴۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۴۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

CV%: 10.048	SD: 53.039	Mean: 527.85
-------------	------------	--------------

