

Premium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه : Abbott  
سری ساخت : ec۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۸	۵۱	۶۱۰	۶۶۱	۷۱۲	۷۶۳	۸۱۴	۸۶۵	۹۱۶

مقدار	تاریخ
۷۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۷۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۷۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳

CV%: 6.928	SD: 53.618	Mean: 773.933
------------	------------	---------------

