

permium plus III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۰۸


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۷۳	۳۵,۵۶۶	۷۸۸,۴۶۹	۸۲۴,۰۳۵	۸۵۹,۶۰۱	۸۹۵,۱۶۷	۹۳۰,۷۳۳	۹۶۶,۲۹۹	۱۰۰۱,۸۶۵

مقدار	تاریخ
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹

مقدار	تاریخ
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲

مقدار	تاریخ
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶

CV%: 2.463	SD: 21.878	Mean: 888.214
------------	------------	---------------




Perci control varia I : عنوان کنترل : Vitamin B12 : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت: ۰۵۶۱۸۸۶۰ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۴	۹۰	۴۲۳	۵۱۳	۶۰۳	۶۹۳	۷۸۳	۸۷۳	۹۶۳

مقدار	تاریخ
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

CV%: 22.071	SD: 138.44	Mean: 627.25
-------------	------------	--------------



Perci control varia II : عنوان کنترل : Vitamin B12 : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت : ۰۵۶۱۸۸۶۰ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۴	۱۲۲	۵۷۳	۶۹۵	۸۱۷	۹۳۹	۱۰۶۱	۱۱۸۳	۱۳۰۵

مقدار	تاریخ
۱۰۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴

مقدار	تاریخ
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۹۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۱۰۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۰۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۹۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸
۱۰۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹

CV%: 7.627	SD: 76.568	Mean: 1003.889
------------	------------	----------------

