

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin B12-CLIA
 عنوان دستگاه : simense
 عنوان کنترل : biorad II
 سری ساخت : ۴۰۳۷۳
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۹۷۹	۳۰.۶۲۹	۵۲۳.۲۴۶	۵۵۳.۸۷۵	۵۸۴.۵۰۴	۶۱۵.۱۳۳	۶۴۵.۷۶۲	۶۷۶.۳۹۱	۷۰۷.۰۲

مقدار	تاریخ
۶۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۶۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۶۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۶۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۶۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۵۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۶۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۵۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۶۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۶۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۵۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۶۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۵۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۵۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۵۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۵۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 5.26	SD: 32.536	Mean: 618.583
-----------	------------	---------------