

biorad III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

سری ساخت : ۴۰۳۷۳

Vitamin B12 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۸۸۲ | ۵۷.۷۴۱ | ۶۶۵.۸۴۴ | ۷۲۳.۵۸۵ | ۷۸۱.۳۲۶ | ۸۳۹.۰۶۷ | ۸۹۶.۸۰۸ | ۹۵۴.۵۴۹ | ۱۰۱۲.۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
| ۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
| ۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| ۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
| ۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
| ۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
| ۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
| ۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| ۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| ۷۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
| ۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
| ۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
| ۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
| ۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
| ۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
| ۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
| ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 5.323 | SD: 44.459 | Mean: 835.261 |
|------------|------------|---------------|

