

عنوان کنترل : کنترل ۱
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰-۱۰۲۵۳/۱

عنوان آزمایش : Vitamin D(25 OH)-CLIA
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۵۲۸	۱.۱۲۹	۹.۸۵۳	۱۰.۹۸۲	۱۲.۱۱۱	۱۳.۳۴	۱۴.۳۶۹	۱۵.۴۹۸	۱۶.۶۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۴.۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۳.۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۰.۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳

CV%: 7.895	SD: 1.024	Mean: 12.975
------------	-----------	--------------

