

عنوان کنترل : کنترل ۱
شروع کنترل :
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۰-۲۵۳/۱۰

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۷۱	۱.۰۵۹	۱۰.۴۵۶	۱۱.۵۱۵	۱۲.۵۷۴	۱۳.۶۳۳	۱۴.۶۹۲	۱۵.۷۵۱	۱۶.۸۱

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۶.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۱۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱۳.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۴.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۲.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۹

CV%: 9.936	SD: 1.382	Mean: 13.906
------------	-----------	--------------

