

Diasorin II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۱/۱۳:

(Vitamin D(25 OH : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۱۰۰۴ /

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۹.۸	۴.۹۳۳	۳۴.۶۰۱	۳۹.۵۳۴	۴۴.۴۶۷	۴۹.۴	۵۴.۳۳۳	۵۹.۲۶۶	۶۴.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۵۲.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۵۲.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۴۹.۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۵۴.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۵۰.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۴.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۵۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۵۹.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۵۲.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۵۰.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۸

CV%: 6.558	SD: 3.602	Mean: 54.931
------------	-----------	--------------

