

عنوان آزمایش : Vitamin D(25 OH)
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 14001

عنوان کنترل : HIGH
شروع کنترل : 1400/05/03

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
85.001	75.834	66.667	57.5	48.333	39.166	29.999	9.167	15.9

تاریخ	مقدار
26/05/1400	50

تاریخ	مقدار
16/05/1400	55
17/05/1400	58
19/05/1400	63

تاریخ	مقدار
04/05/1400	45
09/05/1400	58
10/05/1400	68

Mean: 56.714	SD: 7.697	CV%: 13.571
--------------	-----------	-------------

