

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۰/۰۱:

(Vitamin D(25 OH : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۱۴۰۵۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۸	۱.۷۳۸	۹.۳۳۱	۱۰.۹۵۹	۱۲.۶۸۷	۱۴.۴۱۵	۱۶.۱۴۳	۱۷.۸۷۱	۱۹.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۱۳.۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۴
۱۵.۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۵
۱۶.۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۶
۱۵.۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۷
۱۷.۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۸
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۵.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۶.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۶.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۳.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۶.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 7.942	SD: 1.271	Mean: 16.005
------------	-----------	--------------

