

عنوان کنترل : permium plus
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۷:

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۲۱۲۴

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۹.۸	۱.۸۶۷	۱۶.۷۵۹	۱۸.۶۳۶	۲۲.۳۶	۲۴.۲۳۷	۲۶.۰۹۴	۲۷.۹۶۱

مقدار	تاریخ
۲۲.۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۵.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲۱.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۲۴.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۲۳.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۴.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۲.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲۵.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۲.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۲۴.۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۲۱.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۲۵.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۲۲.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲

CV%: 6.905	SD: 1.607	Mean: 23.267
------------	-----------	--------------

