

عنوان کنترل : کنترل ۱  
شروع کنترل :  
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۰-۱۰۲۵۳/  
ids

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۶۲۲	۱.۳۶	۱۰.۰۵۳	۱۱.۴۱۳	۱۲.۷۷۳	۱۴.۱۳۳	۱۵.۴۹۳	۱۶.۸۵۳	۱۸.۲۱۳

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵

CV%: 10.018	SD: 1.476	Mean: 14.737
-------------	-----------	--------------

