

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۲۶:

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۱۰۳۳۹۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۵۸۵	۱.۳۹	۱۰.۳۳	۱۱.۷۲	۱۳.۱۱	۱۴.۵	۱۵.۸۹	۱۷.۲۸	۱۸.۶۷

مقدار	تاریخ
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۶.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱۳.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۳.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۳.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 9.708	SD: 1.416	Mean: 14.585
------------	-----------	--------------

