

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۴/۲۱:

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۰۲۵۰۷

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۳.۳۴۱	۲.۰۶۴	۲.۶۵۱	۴.۷۱۵	۶.۷۷۹	۸.۸۴۳	۱۰.۹۰۷	۱۲.۹۷۱	۱۵.۰۳۵

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۸.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

CV%: 8.191	SD: 0.796	Mean: 9.718
------------	-----------	-------------

