

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : سری ساخت : ۰۱۰۹۰۱
کنترل High : شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

| %CV | SD | SD ² - | SD ² - | SD ¹ - | MEAN | SD ¹ | SD ² | SD ² |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۸.۱ | ۲.۶۶۷ | ۳۱.۹۹۹ | ۳۴.۶۶۶ | ۳۷.۳۳۳ | ۴۰ | ۴۲.۶۶۷ | ۴۵.۳۳۴ | ۴۸.۰۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
| ۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
| ۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
| ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
| ۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
| ۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 6.231 | SD: 2.593 | Mean: 41.611 |
|------------|-----------|--------------|

