

عنوان کنترل : کنترل ۱
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

سری ساخت : //۱۰۲۵۳-۰۰

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : ids

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۲۷۲	۱,۰۶۷	۱۱,۴۷۸	۱۲,۵۴۵	۱۳,۶۱۲	۱۴,۶۷۹	۱۵,۷۴۶	۱۶,۸۱۳	۱۷,۸۸

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵

CV%: 8.657	SD: 1.229	Mean: 14.2
------------	-----------	------------

