

عنوان کنترل : High کنترل
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سری ساخت : ۰۲۰۹۰۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۱	۴	۴۸	۵۲	۵۶	۶۰	۶۴	۶۸	۷۲

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶

CV%: 7.183	SD: 4.446	Mean: 61.895
------------	-----------	--------------

