

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

I-abbott : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

Vitamin D(25 OH)-
CLIA
abbott

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸۰۱	۰.۹۰۷	۱۲.۹۰۹	۱۳.۸۱۶	۱۴.۷۳۳	۱۵.۶۳	۱۶.۵۳۷	۱۷.۴۴۴	۱۸.۳۵۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۴.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۵.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۶.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۶.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۵.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۶.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱۵.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۶.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۵.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۵.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۵.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶

CV%: 5.872	SD: 0.925	Mean: 15.759
------------	-----------	--------------

