

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۲.۰۳۶	۱.۲۰۱	۶.۳۷۴	۷.۵۷۵	۸.۷۷۶	۹.۹۷۷	۱۱.۱۷۸	۱۲.۳۷۹	۱۲.۵۸

مقدار	تاریخ
۸.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۹.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۹.۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۹.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۹.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۷.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 15.165	SD: 1.526	Mean: 10.064
-------------	-----------	--------------

