

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۴.۰۴۴	۱.۴۲۲	۵.۸۶۱	۷.۲۸۳	۸.۷۰۵	۱۰.۱۲۷	۱۱.۵۴۹	۱۲.۹۷۱	۱۴.۳۹۳

مقدار	تاریخ
۸.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۸.۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۸.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۹.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۱۰.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۹.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۷.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۱۰.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 11.727	SD: 1.183	Mean: 10.089
-------------	-----------	--------------

