

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۰۱۱	۱.۱۳۸	۶.۹۱۹	۸.۰۵۷	۹.۱۹۵	۱۰.۳۳۳	۱۱.۴۷۱	۱۲.۶۰۹	۱۳.۷۴۷

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۹.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۹.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۰.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۶

CV%: 8.388	SD: 0.91	Mean: 10.85
------------	----------	-------------

