

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱  
سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۱.۰۱۱	۱.۱۳۸	۶.۹۱۹	۸.۰۵۷	۹.۱۹۵	۱۰.۳۳۳	۱۱.۴۷۱	۱۲.۶۰۹	۱۳.۷۴۷

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۸.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۹.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۱۲.۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۳

CV%: 11.301	SD: 1.249	Mean: 11.053
-------------	-----------	--------------

