

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۴.۱۴۳	۱.۴۷۶	۶.۰۱۳	۷.۴۸۸	۸.۹۶۴	۱۰.۴۴	۱۱.۹۱۶	۱۳.۳۹۳	۱۴.۸۶۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۴	۷.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
		۸.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۹	۸.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
		۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۳
CV%: 12.437		SD: 1.1		Mean: 8.843	

