

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۸۰۲	۰.۵۶۴	۱۰.۰۴۵	۱۰.۶۰۹	۱۱.۱۷۳	۱۱.۷۳۷	۱۲.۳۰۱	۱۲.۸۶۵	۱۳.۴۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۲.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱۱.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۱.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱۲.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۱.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸

CV%: 3.54	SD: 0.413	Mean: 11.67
-----------	-----------	-------------

