

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۵.۸۵۵	۱.۴۶۳	۴.۸۴۱	۶.۳۰۴	۷.۷۶۷	۹.۲۳	۱۰.۶۹۳	۱۲.۱۵۶	۱۳.۶۱۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۶.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۸.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۲.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۷.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۶.۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۸.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۸.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰

CV%: 17.743	SD: 1.596	Mean: 8.992
-------------	-----------	-------------

