

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۰.۸۰۳	۱.۰۶۸	۶.۶۷۹	۷.۷۴۷	۹.۸۸۳	۱۰.۹۵۱	۱۲.۰۱۹	۱۳.۰۸۷

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۸.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۸.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۸.۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۰.۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱۱.۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۹.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۹.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۱۰.۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۰.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۰.۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۱۰.۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۹.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 9.963	SD: 0.984	Mean: 9.874
------------	-----------	-------------

