

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۰.۰۰۳ | ۰.۹۸۴ | ۶.۸۸۳ | ۷.۸۶۷ | ۸.۸۵۱ | ۹.۸۳۵ | ۱۰.۸۱۹ | ۱۱.۸۰۳ | ۱۲.۷۸۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰.۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
| ۱۰.۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
| ۱۰.۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰.۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
| ۱۰.۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
| ۱۰.۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
| ۱۰.۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
| ۸.۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
| ۸.۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
| ۹.۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
| ۱۰.۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |

| | | |
|-------------|----------|--------------|
| CV%: 10.854 | SD: 1.11 | Mean: 10.228 |
|-------------|----------|--------------|

