

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۸۹۲	۱.۰۸۸	۶.۷۲۳	۷.۸۱۱	۸.۸۹۹	۹.۹۸۷	۱۱.۰۷۵	۱۲.۱۶۳	۱۳.۲۵۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۹.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱۲.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۰.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۹.۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۰.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۰.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۶

CV%: 8.388	SD: 0.91	Mean: 10.85
------------	----------	-------------

