

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۷	۰.۷۲	۸.۵۸۱	۹.۳۰۱	۱۰.۰۲۱	۱۰.۷۴۱	۱۱.۴۶۱	۱۲.۱۸۱	۱۲.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۱۰.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹

CV%: 5.173	SD: 0.572	Mean: 11.062
------------	-----------	--------------

