

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت : ۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۱۷.۹۷۳	۱.۵۵۸	۳.۹۹۳	۵.۵۵۱	۷.۱۰۹	۸.۶۶۷	۱۰.۲۲۵	۱۱.۷۸۳	۱۳.۲۴۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۲.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۱۱.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۸.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۸.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۸.۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۸.۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۶.۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۹.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۸.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۹.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۸.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۹.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۸.۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۷.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۸.۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۸.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۷.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۸.۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 16.695	SD: 1.489	Mean: 8.919
-------------	-----------	-------------

