

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

سری ساخت: ۰۰۰۱۱۱ : عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه: HPLC

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۱,۴	۱,۴	۵,۶	۷	۸,۴	۹,۸	۱۱,۲	۱۲,۶	۱۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۱۲,۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۶,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۶,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۲,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۹,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۲,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۲,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۸,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۱,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۱,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۱,۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۲,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 22.735	SD: 2.228	Mean: 9.8
-------------	-----------	-----------

