

پولد سرم : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

Vitamin E : عنوان آزمایش :
HPLC : عنوان دستگاه :
سری ساخت: ۰۰۰۱۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۰,۹۴۲	۱,۹۴۳	۳,۴۴۸	۵,۳۹۱	۷,۳۳۴	۹,۲۷۷	۱۱,۲۲	۱۳,۱۶۳	۱۵,۱۰۶

مقدار	تاریخ
۱۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۱۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۹,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۹,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۹,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۸,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۹,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۹,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۶,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۷,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۱,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۲,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 20.276	SD: 1.952	Mean: 9.626
-------------	-----------	-------------

