

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ...

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۴,۲۵۳	۲,۰۷۵	۲,۳۳۲	۴,۴۰۷	۶,۴۸۲	۸,۵۵۷	۱۰,۶۳۲	۱۲,۷۰۷	۱۴,۷۸۲

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۸,۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۶,۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۹,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۱,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۱۳,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۶,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۶,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۱۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 36.975	SD: 2.939	Mean: 7.948
-------------	-----------	-------------

