

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۹.۰۸۸	۰.۹۲۲	۷.۳۸۴	۸.۳۰۶	۹.۲۲۸	۱۰.۱۵	۱۱.۰۷۲	۱۱.۹۹۴	۱۲.۹۱۶

مقدار	تاریخ
۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۱.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۰.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۸.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۱.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱۰.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 9.036	SD: 0.934	Mean: 10.333
------------	-----------	--------------

