

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin E

عنوان دستگاه : HPLC

سری ساخت : ۰

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
12.916	11.994	11.072	10.15	9.228	8.306	7.384	0.922	9.088

تاریخ	مقدار
24/12/1399	9.2
26/12/1399	8.2
27/12/1399	9.8

تاریخ	مقدار
17/12/1399	8.5
18/12/1399	11.8
19/12/1399	8.5
20/12/1399	9.2
23/12/1399	9.3

تاریخ	مقدار
05/12/1399	9
12/12/1399	9.5
13/12/1399	11.4
14/12/1399	10.6
16/12/1399	9.3

Mean: 9.562	SD: 1.094	CV%: 11.437
-------------	-----------	-------------

