

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin E
 عنوان دستگاه : HPLC
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
 سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۹۹	۰.۶۱۲	۸.۳۸۴	۸.۹۹۶	۹.۶۰۸	۱۰.۳۲	۱۰.۸۳۲	۱۱.۴۴۴	۱۲.۰۵۶

مقدار	تاریخ
۱۱.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۰.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۹.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۰.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۹.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۹.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 7.941	SD: 0.824	Mean: 10.376
------------	-----------	--------------