

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۹.۱۴۱	۰.۰۳۸	۰.۳۰۳	۰.۳۴۱	۰.۳۷۹	۰.۴۱۷	۰.۴۵۵	۰.۴۹۳	۰.۵۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰.۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۰.۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۰.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶

CV%: 11.729	SD: 0.048	Mean: 0.409
-------------	-----------	-------------

