

I-abbott : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۳/۲۰:

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷	۱.۳۲۷	۹.۲۳۹	۱۰.۵۶۶	۱۱.۸۹۳	۱۳.۲۲	۱۴.۵۴۷	۱۵.۸۷۴	۱۷.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۳.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۳.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۴.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴

CV%: 5.588	SD: 0.778	Mean: 13.915
------------	-----------	--------------

