

عنوان آزمایش : Vitamin E  
عنوان دستگاه : HPLC  
عنوان کنترل : پولد سرم  
سری ساخت : ۰  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۳۱۳	۰.۶۰۱	۹.۵۱۷	۱۰.۱۱۸	۱۰.۷۱۹	۱۱.۳۳	۱۱.۹۳۱	۱۲.۵۳۳	۱۳.۱۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۱.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۰.۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۹.۸۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۹.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۱.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶

CV%: 8.821	SD: 1.007	Mean: 11.415
------------	-----------	--------------

